

2015年12月吉日

お客様各位

マークテック株式会社

品質保証部

蛍光浸透液および乳化剤の含有水分測定機器変更のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄の段、大慶に存じ上げます。

毎度格別のお引き立てを賜り、ありがたく御礼申し上げます。

さて、標記の件、弊社製蛍光浸透液および乳化剤「スーパーグローP、Eシリーズ」

社内規定要求項目の含有水分測定機器変更についてのご案内をいたします。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

### 1. 対象製品

スーパーグロー蛍光浸透液 P 1 2 1

スーパーグロー蛍光浸透液 P 1 3 0

スーパーグロー蛍光浸透液 P 2 2 0

スーパーグロー蛍光浸透液 P 2 3 0

スーパーグロー蛍光浸透液 P 2 4 0

スーパーグロー乳化剤 E 4 0 0

### 2. 変更内容について

AMS2644規格において上記製品は、含有水分測定がロット試験として要求されて

おりません。このため、弊社において社内規定要求項目としてASTM D95による

含有水分結果を報告しておりました。この度、測定精度向上が見込まれる

カールフィッシャー水分計(ASTM D6304)へ機器変更することを報告いたします。

ただし、スーパーグロー乳化剤 R 5 0 0につきましては、AMS2644規格要求が

ありますので測定機器の変更はせず、従来どおりASTM D95による含有水分測定を

実施いたします。

### 3. 変更時期について

カールフィッシャー水分計への変更は、2016年1月1日以降生産品での実施を

予定しています。また、測定機器変更による社内判定基準の変更はありません。

以上